

Á

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23456.000128/2022-34

Objeto: "Aquisição de Equipamentos de Laboratório para atendimento ao Curso de Medicina Veterinária do Campus de Paranaíba na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e UASGS PARTICIPANTES IFMG e IFMT, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A/C: AUTORIDADE COMPETENTE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, vem na forma da Legislação Vigente impetrar IMPUGNAÇÃO contra o edital de licitação acima mencionado pelos motivos descritos e devidamente fundamentados a seguir.

I – DA TEMPESTIVIDADE:

A presente IMPUGNAÇÃO é tempestiva, haja vista que, conforme estabelece o item 24.1 do Edital, a impugnação deve ser realizada até 03 (três) dias antes da data de abertura, vejamos:

24.1. "Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital".

Portanto, a presente impugnação deverá ser recebida pela Pregoeira e sua equipe de apoio para que, na forma da lei, seja admitida, processada e, ao final, julgada procedente.

II – DOS FATOS E FUNDAMENTOS:

A IMPUGNANTE através da análise do Edital observou que o presente certame possui itens/especificações que restringem a participação de mais empresas, impedindo a livre concorrência e consequentemente, trazendo maior onerosidade aos cofres públicos, uma vez que haverá restrição na participação das empresas concorrentes.

Diante disto, imperioso realizar a retificação/alteração/exclusão dos itens descritos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA – ITEM 65 - APARELHO RAIOS X conforme segue abaixo.

ALTERAR:

DESCRIPTIVO:

APARELHO RAIOS X - TIPO APARELHO:ALTAFREQUÊNCIA, Voltagem: Bivolt

PARA:

APARELHO RAIOS X - TIPO APARELHO:ALTAFREQUÊNCIA, Voltagem: Bivolt OU
220V

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: por haver equipamentos que possuam a voltagem 220V, e como essa voltagem é a mais encontrada nas redes de clínicas, solicitamos que seja alteração esse item.

DESCRIPTIVO:

RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 200 MA OU MAIOR;

PARA:

RADIOGRAFIA DE PELO MENOS 100 MA OU MAIOR;

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: para equipamentos de RX portáteis a corrente de 100mA será mais facilmente atendida pela grande maioria dos concorrentes, o que garantirá melhor competitividade com excelente aproveitamento da verba disponível.

DESCRIPTIVO:

COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 200 DISPAROS

PARA: RETIRAR ESSE TEXTO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: equipamentos de RX portáteis nessa categoria de kV, mA, tempo e o produto mAs por serem equipamentos mais robustos, em relação aos portáteis, geralmente são dependentes de alimentação elétrica. Caso contrário seriam muito pesados dificultando o transporte para a realização dos exames em campo.

DESCRIPTIVO:

ROTAÇÃO DE NO MÍNIMO 2.800 RPM; FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E
0,8MM;

PARA:

FOCO DUPLO DE NO MÁXIMO 1,5MM E 0,6MM OU UNICO DE 0,8MM;

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: como nesse mesmo edital foi mencionado que será aceito foco único, e foco único é ofertado para os equipamentos com anodo estacionário. Vale ainda lembrar que para equipamentos RX portáteis o que predomina é o anodo estacionário, para facilitar a realização em campo.

DESCRIPTIVO:

CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 105KHU OU SUPERIOR.

PARA:

CAPACIDADE CALÓRICA DO ÂNODO DE NO MÍNIMO 40HU OU SUPERIOR.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: para ajustar a configuração essa alteração se faz necessário uma vez que o anodo estacionário não gerar tanto calor quanto o rotacional.

DESCRIPTIVO:

NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO INTEL® CORE™ I5-10510U(1.8 GHZ ATÉ 4.9 GHZ, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ªGERAÇÃO) 1 WINDOWS 10 PRO SINGLE LINGUAGEM, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL) 1 PLACA DE VÍDEO DEDICADA NVIDIA® GEFORCE® MX250 COM 2GB DE GDDR5 1, TELA FULL HD WVA DE 14 A 15.6" (1920 X 1080), RETRO ILUMINADA POR LED, BORDA FINA E COM ANTIRREFLEXO. MEMÓRIA MINIMA DE 16GB (1X16GB),DDR4, 2666MHZ (1 SLOT SODIMM, SEM SLOT LIVRE), SSD DE NO MÍNIMO 512GB PCIE NVME M.2 1. 1 TECLADO NUMÉRICO E RETRO ILUMINADO – EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 1 PLACA DE REDE INTEL 9462 802.11AC(WIFI 1X1) + BLUETOOTH 5.0 1 . BATERIA DE 3 CÉLULAS E 42 WH (INTEGRADA) 1.ANTISN5152005_3308_BRZ_P/BTO 1.CABO DE ALIMENTAÇÃO,

PARA:

NOTEBOOK COM SISTEMA OPERACIONAL COM PROCESSADOR DE NO MÍNIMO INTEL® CORE™ I5, CACHE DE 8MB, QUAD-CORE, 10ªGERAÇÃO) 1 WINDOWS 10 PRO SINGLE LINGUAGEM, DE 64 BITS - EM PORTUGUÊS (BRASIL) 1 PLACA DE VÍDEO, TELA FULL HD WVA DE 14 A 15.6" (1920 X 1080), LED, 16GB, SSD DE NO MÍNIMO 512GB, TECLADO NUMÉRICO – EM PORTUGUÊS (PADRÃO ABNT2), 1 PLACA DE REDE INTEL + BLUETOOTH . BATERIA (INTEGRADA), 1.CABO DE ALIMENTAÇÃO,

JUSTIFICATIVA TÉCNICA: como o hardware a ser disponibilizado é dedicado ao sistema a ser instalado e como é testado e configurado de acordo com as necessidades requeridas pelo fabricante para a perfeita harmonização entre hardware e software, solicitar pormenorizadamente o tipo de hardware que deverá ser utilizado pode além de encarecer desnecessariamente o certame também poderá promover direcionamento ou privilégio para uma modelo/marca em relação as demais.

SOLICITAR ESCLARECIMENTO

DESCRIPTIVO:

TEMPO DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM DE 2 A 3S.

DÚVIDA: uma vez que o tempo total (ciclo) da imagem na tela garante a possibilidade usar a placa DR para novo exame (nova aquisição). Sendo assim a solicitação de tempo de aquisição da imagem de 2 a 3 segundos é para a pré visualização ou tempo total (ciclo) da imagem na tela?

DESCRIPTIVO:

RESISTENCIA A ÁGUA E AREIA.

DÚVIDA: como a resistência a água e areia vai desde IPX1 podendo ter uma resistência melhor em terno de IP45 ou melhor, qual seria a resistência pretendida?

As modificações/alterações solicitadas acima servem para aumentar a participação de empresas interessadas no processo, pois as mesmas **NÃO ALTERAM A QUALIDADE DIAGNÓSTICA DO EQUIPAMENTO**, tampouco a sua acurácia e precisão, as alterações promoverão a maior participação de empresas, com maior competitividade e a certeza da busca pelo menor preço.

Solicitamos o aceite das modificações porque não interferem na qualidade do exame, nem no seu manuseio, não causando nenhuma perda ao operador médico e nem ao paciente. Além disso, estas mudanças nas características também auxiliam a Administração Pública e agregará ganho socioeconômico ao pleito, pois caso não seja acatado somente restringirá a participação de mais empresas no certame, diminuindo a concorrência.

Se apenas uma empresa pode oferecer o equipamento exigido, há visível vedação a participação de outras empresas, com características semelhantes ou superiores ao do equipamento exigido podendo inclusive ofertar o menor preço.

Diante disto, não pode a Administração Pública favorecer determinadas empresas em desfavor de outras, pois restringe o melhor preço que poderá vir a ser praticado no momento da oferta de lances.

O artigo 3º, parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº 8.666/93 estabelece o seguinte:

Artigo 3º, § 1º: É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, **restringam ou frustrem o seu caráter competitivo** e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes **ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato**” (grifos nossos)

O artigo 3º, §1º da Lei 8666/93 positiva o princípio da competitividade. Este importante princípio implementa o princípio da igualdade ao vedar que o administrador público estabeleça regras ou condições no ato convocatório do certame que, por serem dispensáveis ou desproporcionais acabem por excluir potenciais competidores, comprometendo, restringindo ou frustrando o seu caráter competitivo.¹ E isso porque é a competição que proporciona a obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração. E para que esse objetivo possa ser alcançado, é indispensável oportunizar o acesso à competição do maior número possível de licitantes.

Em razão de uma imposição legal, ao tomar conhecimento da existência de cláusula editalícia impertinente/irrelevante capaz de comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do certame, o administrador público, no exercício do seu poder-dever de autotutela, deverá retificar o ato convocatório a fim de excluir ou retificar as cláusulas eivadas de vício de legalidade, sob pena de manutenção de sua nulidade.

O artigo 7º, § 5º da Lei nº 8.666/93, traz expressa vedação de marca específica:

Nesse sentido, o artigo 7º, § 5º da 8.666/93, traz ainda a vedação de marca específica:

É **vedada** a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços **sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas**, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. (grifos nossos)

O doutrinador Marçal Justen Filho² destaca também que “O edital deverá subordinar-se aos preceitos constitucionais e legais. Não poderá conter proibições ou

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27ª edição. São Paulo: Atlas. 2014. p.249.

² MARÇAL JUSTEN FILHO, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição. Pg. 474.

exigências que eliminem o exercício do direito de licitar, importem distinções indevidas ou acarretem preferências arbitrárias” (SIC)

Portanto, o Administrador Público responsável pelo Pregão Eletrônico nº 27/2022, deverá retificá-lo, no exercício de seu poder-dever, alterando os itens apontados na presente impugnação, eis que frustram o caráter competitivo do certame.

III – DOS PEDIDOS

Pelo exposto, em face dos princípios e regras que norteiam a atuação da Administração Pública, requer que a presente IMPUGNAÇÃO seja conhecida e julgada PROCEDENTE para que:

- a)** Sejam sanadas as irregularidades apontadas do Edital em epígrafe, quais sejam:
 - (i) Retificar/excluir as exigências de especificações restritivas de competição apontadas na fundamentação retro; e
 - (ii) Excluir ainda qualquer cláusula que viole competitividade e a isonomia dos licitantes, conforme fundamentação.
- b)** De qualquer decisão proferida sejam fornecidas as fundamentações jurídicas da resposta e todos os pareceres jurídicos e técnicos a este respeito;

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

São José/SC, 28 de julho de 2022.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA