

Assunto: informações e pedido de esclarecimentos

De: Eron Borba <eroncsx@gmail.com>

Data: 27/07/2022 09:09

Para: Pregão - UFMS <pregao.proadi@ufms.br>

CC: CSX COMERCIAL <csxcomercial@uol.com.br>

Sr. Pregoeiro e equipe técnica de apoio , bom dia

Favor informar a área demandante do item: 2 do pregão: 27/2022. as informações abaixo

item: 2 (microscópio Biológico Trinocular com câmera digital

OBS: o microscópio solicitado no termo de referência com a platina mecânica com sistema de

Re-focagem automática está descontinuado que era exclusivo do Fabricante : NIKON e não existe no mercado outro equipamento com esse sistema de re-focagem automática da platina mecânica.

Vai ser aceito outro equipamento com alguma especificação próxima e superior ao solicitado no termo de referência do edital ?

OBS: a câmera será a mesma solicitado no termo de referência do edital

OBS: segue abaixo a especificação técnica de nosso equipamento com alguns detalhes técnicos superior ao solicitado.

1) Vai ser aceito um equipamento com ajuste independente do macro micrométrico coaxial com ajuste Fino de 0,1 mm por rotação e curso de 37,7mm , platina para leitura de duas lâminas . ?

OBS: superior ao solicitado

2) Vai ser aceito com Iluminação LED ?

OBS: superior ao solicitado

3) vai ser aceito com um par de ocular de 10x/22mm ?

OBS: superior ao solicitado

4) Vai ser aceito com o ajuste interpupilar de 48 a 75mm ?

5) vai ser aceito a faixa de focalização de 16mm ?

6)a Platina mecânica com Superfície em grafite com cantos arredondados e capacidade para duas lâminas com 216mm x

150mm vai ser aceito ?

7)Vai ser aceito o movimento cruzado em X e Y com charriot e curso de 55x75mm ?

8) vai ser aceito um equipamento com revólver reverso para quatro objetivas codificadas por cores, parcentralizadas e parfocalizadas , O revólver roda em rolamento de esferas e tem clique interno de parada, o que permite que a imagem permaneça centralizada após mudança de aumento ?

OBS: superior ao solicitado

OBS: fico a disposição para quaisquer esclarecimento técnico.

Att

Eron

Técnico em microscopia e criogenia

(021) 99837-2071 - ZAP

Csx comercial eireli

(021) 2544-5360



Livre de vírus. www.avast.com.