

**Assunto:** esclarecimentos

**De:** Eron Borba <eroncsx@gmail.com>

**Data:** 26/07/2022 14:05

**Para:** pregao.proadi@ufms.br

Boa tarde , Sr. Pregoeiro e equipe técnica de apoio

Favor solicitar a área demandante do item: 22 do pregão: 17/2022, maiores esclarecimentos , o equipamento solicitado é muito técnico e está faltando detalhes na especificação que com certeza vai acarretar dificuldades na análise e pode acarretar prejuízo a esta instituição .

1) Qual a faixa de temperatura de trabalho ?

A Compensação de Temperatura de pH automática ou manual de -20.0 a 120.0 °C vai ser aceito ?

2) A Faixa de pH: -2.0 a 20.0 pH, -2.00 a 20.00 pH, -2.000 a 20.000 pH com a resolução de PH abaixo vai ser aceito ?

Resolução de pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH vai ser aceito ?

Precisão do pH (a 25°C/77°F) :  $\pm 0.1$  pH,  $\pm 0.01$  pH,  $\pm 0.002$  pH vai ser aceito ?

3) Faixa de mV :  $\pm 2000$  mV (superior ao solicitado ) vai ser aceito ?

4) Calibração de pH: automática, é até quantos pontos ?

Calibração de pH: automática, até cinco pontos de calibração vai ser aceito ?

Att

Eron

(021) 99837-2071

Csx comercial eireli

(021) 2544-5360



Livre de vírus. [www.avast.com](http://www.avast.com).