

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 27/2022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

De: Gustavo Lima Santos <gustavo@spectrun.com.br>

Data: 27/07/2022 16:17

Para: pregao.proadi@ufms.br

CC: Caroline Baldi <caroline.baldi@spectrun.com.br>, Luendi Magela <luendi@spectrun.com.br>, Jessika Almeida <jessika.almeida@spectrun.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde.

Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos e revisão quanto ao descritivo dos itens 1 e 2, conforme abaixo:

Item 01:

Notamos que o descritivo do item 01 se assemelha ao modelo de microscópio E200 da Nikon, exceto pela informação de painel frontal LCD com sistema de informações e automação de controle de luz. Informamos que como distribuidores da Nikon em território nacional o microscópio E200 foi descontinuado e substituído pelo microscópio Eclipse Si. Gostaríamos de saber se seria aceito o microscópio Eclipse Si que apresenta como principais diferenças:

- Platina retangular de 180 x 125mm
- Curso 76 x 52mm
- Distância interpupilar de 50 - 75mm
- Inclinação do cabeçote binocular de 45°
- Condensador móvel e centralizável
- Iluminação LED de 2,24W
- Sistema de desligamento automático após um período de inatividade
- Iluminação LED de 60.000 horas - para trocar a lâmpada requer visita de um técnico autorizado pelo fabricante
- Painel frontal em LCD com informações da magnificação da objetiva em uso, intensidade de luz e sistema de gerenciamento de luz

Anexo catálogo para que possam verificar as principais características do microscópio Si.

Item 02:

O mesmo questionamento do item 01 se aplica ao item 02 com adicional de um esclarecimento referente ao trecho:

"iluminação LED embutida na base controlado por placa eletrônica de 3W com iluminador e refletor".

Qual a necessidade de refletor ? É indispensável que tenha refletor no microscópio?

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,



Gustavo Lima Santos

Comercial

(11) 2039.5402 / (11) 97478-5806

Av. Fagundes Filho, 316

VI Monte Alegre • São Paulo • SP



spectrun.com.br



— Anexos: _____

Si.pdf

7,9MB