

Assunto: ENC: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 27/2022

De: "Nilsamara - Labvix" <vendash4@labvix.com.br>

Data: 25/07/2022 13:53

Para: <pregao.proadi@ufms.br>

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

Referente ao pregão eletrônico nº 27/2022, avaliamos mais uma vez as especificações solicitadas no edital e gostaríamos de acrescentar mais uma solicitação:

Solicitamos que seja possível ofertar medidas aproximadas em relação as dimensões da platina referente ao lote 01 :

“Platina retangular de camada dupla com tratamento em alumite, resistente a riscos de 216 x 150mm”

E lote 02 :

“ Curso de 216 mm x 150mm.”

Por se tratar de medidas especificas, impossibilitando assim a ampla competitividade ao processo.

Aguardo retorno, desde já agradeço!

Atenciosamente,



Nilsamara Simmer Souza

Assistente de licitação

Labvix Comércio e Representação Ltda. - Unidade ES

Tel.: + 55 27 3183-6935

Skype: vendash4@labvix

www.labvix.com.br | vendash4@labvix.com.br

De: Nilsamara - Labvix

Enviada em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 16:33

Para: pregao.proadi@ufms.br

Cc: edmar@labvix.com.br

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 27/2022

Boa tarde Sr. Pregoeiro!

REF. AO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23456.000128/2022-34, no que diz respeito aos ITEM:

ITEM – 01

Solicitamos que nos esclareça sobre a possibilidade de apresentarmos em nossa proposta as seguintes

informações, uma vez que existem diversos fabricantes de microscópios e cada fabricante possuem em sua linha de produção equipamentos com medidas aproximadas as que estão sendo exigidas neste edital mas por fim com o mesmo objetivo (análises laboratorial), expomos abaixo:

1. Objetiva E Planacromatica de 4x (N.A. 0,10/W.D. 30mm)
2. Objetiva E Planacromatica de 10x (N.A. 0,25/ W.D. 0,7mm)
3. Objetiva E Planacromatica de 40x (N.A. 0,65mm/W.D. 0,65mm) Retrátíl
4. Objetiva E Planacromatica de 100x (N.A. 1,25/W.D. 0,23mm),

WD (Distância de Trabalho) – Por tratar-se de medida que podem variar de um fabricante para outro, solicitamos a retirada ou que seja utilizado a palavra **(APROXIMADAMENTE)**

1. movimento cruzado em X e Y com charriot e curso de 78 x 54mm. Platina com sistema de refoco automático

Cursor de 78 x 54 mm - Por tratar-se de medida especifica, sugerimos que seja utilizado a palavra **(aproximadamente)**

Platina com sistema de refoco automático – Por tratar-se de item **exclusivo** de fabricação dos modelos fabricados pela empresa **NIKON** é de extrema necessidade sua **retirada** pois, sua exigência impedirá a ampla disputa do item.

1. **ajuste interpupilar** de 47mm até 75mm – Sugerimos ser o uso da palavra **(aproximadamente)** por tratar-se de medidas especifica.
2. **Foco macrométrico** com curso de 37,7mm por rotação - Sugerimos ser o uso da palavra **(aproximadamente)** por tratar-se de medidas especifica.

Em resumo a permanência das características exigidas neste edital remete ao modelo **NIKON ECLIPSE Si**,

ITEM 02

1. **movimento cruzado em X e Y** com charriot e curso de 78 x 54mm. Platina com sistema de refoco automático

Cursor de 78 x 54 mm - Por tratar-se de medida especifica, sugerimos que seja utilizado a palavra **(aproximadamente)**

1. **B) ajuste interpupilar** de 47mm até 75mm – Sugerimos ser o uso da palavra **(aproximadamente)** por tratar-se de medidas especifica.
2. **c) Ajuste independente do macro micrométrico** coaxial com ajuste Fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm – Sugerimos ser o uso da palavra **(aproximadamente)** por tratar-se de medidas especifica
3. **d) Platina com sistema de re-focagem automática** - Por tratar-se de item **exclusivo** de fabricação dos modelos fabricados pela empresa **NIKON** é de extrema necessidade sua **retirada** pois, sua exigência impedirá a ampla disputa do item.

Peço que seja avaliado tais questionamentos permitindo assim a ampla competitividade ao processo licitatório.

Aguardo retorno , desde já agradeço!

Atenciosamente,



Nilsamara Simmer Souza

Assistente de licitação

Labvix Comércio e Representação Ltda. - Unidade ES

Tel.: + 55 27 3183-6935

Skype: vendash4@labvix

www.labvix.com.br | vendash4@labvix.com.br